



A : Clients de CDL
De : Le Laboratoire
Objet : Rappel : Préservatif pour analyse urinaire de 24H
Date : 20 Août, 2012

Cher client,

Les Laboratoires CDL, soucieux d'assurer la qualité des résultats, désirent vous rappeler les différentes analyses urinaires nécessitant qu'un préservatif soit inclus dans le contenant d'urine 24 heures, avant la collecte

Code CDL	Nom du test	Préservatif à inclure	Volume de préservatif
HXPU	Hydroxyproline urinaire 24h	HCl 6N	25 mL
OXAL	Oxalate urinaire 24h	HCl 6N	25 mL
SO4/U	Sulfate urinaire 24h	HCl 6N	10 mL
UPORF (profil)	Porphyrine urinaire 24h *Protéger de la lumière	Na ₂ CO ₃	5g
UA/U	Acide urique urinaire 24h	NaOH 1N	10 mL

Pour toute autre analyse urinaire de 24 heures, un contenant sans préservatif est requis.

Il est important d'inscrire pour quel test vous désirez commander le contenant lorsque vous nous faites parvenir votre demande de fournitures. En effet, le préservatif et la quantité de ce dernier diffèrent selon l'analyse requise.

Pour toute question, nous vous prions de communiquer avec le laboratoire au **(514)344-8022 poste 223**.

Le Laboratoire.